

沙尘试验箱

简介

适用标准：GB7000.1 GB/T2423

型号：CLM-SC-500

性能指标

1. 工作室尺寸：500L
2. 试验用尘浓度：干燥滑石粉2Kg/m
3. 砂尘粒径：1~10um（粒径 5um占50%以上）
4. 筛网标称线径：50um
5. 筛网间标称距离：75um
6. 试验箱温度RT+10~50
7. 电压：220v/50Hz（配备试验电源接口）

箱体材质

- 1、工作室：不锈钢板，外壳冷板静电喷塑
- 2、箱门：透明玻璃门
- 3、风机：低噪音专用电机
- 4、设备时间控制器
5. 灰尘震落装置：60W偏心电机
- 6、试样夹装：不锈钢元格栅

符合标准

沙尘试验箱具有较宽的温湿度调节控制范围，可满足国家标准GB4208，GB/T2423.37-198《电工电子产品基本环境试验规程》。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/1549.html>