


屋顶/光伏电池组件燃烧测试仪



概述

屋顶燃烧测试系统是在模拟真实条件下来评估屋顶及组件的耐火性能的仪器，在A1.82m、B 2.4m和C 3.9m情况下评定试样的等级A~C级。同时可应用于光伏电池组件阻燃性能测试使用。

执行标准

UL 1730: 多户住宅和旅馆房间的个人居住单元的烟尘探测监视器；电动信号器探测住宅烟尘状况；UL 790: 屋顶覆盖材料的标准防火测试方法；IEC 61730-2 附录A: 光伏组件燃烧测试；ASTM E 108-04: 屋顶覆盖材料的标准防火测试方法。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/baike/3637.html>