

恭喜博海星源UV3000B全自动紫外测油仪在重庆漳南区水资源保护利用中心安装完毕



我司于上周7月29日，完成了重庆市漳南区水资源保护利用中心全自动紫外测油仪UV3000B的安装培训工作。

实验老师对于博海星源的仪器性能表示肯定。在检出极限空白11次测量3倍SD 0.02mg/L中的结果为0.00306mg/L；重复性 > 5mg/L样品11次测量相对标准偏差RSD 1%中测试结果为0.065396；配制系列标准浓度值做标准曲线，线性相关系数大于0.999中，测试结果为0.9999。符合该中心的使用要求，并在验收单中签字盖章。仪器验收完毕。

仪器工程师为实验员培训全自动紫外测油仪UV3000B的使用方法及操作规范，并对实验老师提出的问题一一耐心解答。实验老师对我们的全自动紫外测油仪UV3000B的操作方式方法得到充分了解。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/160181.html>