

今日分享海银高低温试验箱安全操作规范



高低温试验箱安全操作规范

- 一、设备使用前应进行检查,电源、控制系统、加热系统、制冷系统等部件应完好,并确认设备是否适用于所试验物品。
- 二、设备应由专人负责操作,禁止未经培训人员操作。
- 三、操作人员应了解设备的工作原理、性能及操作程序,熟悉使用说明书,严格按操作规程进行试验。
- ಠ каментерия и ка
- 五、试验时应将设备电源接通,并确保设备接地良好。
- 六、试验时应随时观察设备运行情况,如发现异常应立即停止试验,并检查设备是否有故障。
- 七、试验结束后,应先关闭设备电源,待设备冷却后,再进行清理和维护。
- 八、禁止在设备上放置杂物或进行私自拆卸维修。

- 九、操作人员应定期对设备进行检查维护,以保证设备的正常运转。
- 十、设备应存放在干燥、通风、无阳光直射的地方,并定期进行清洁保养。
- 以上是海银装备高低温试验箱的安全操作规范,希望能对您有所帮助。

凭借优质技术优势经验积累和完善的售后服务,勤卓环测科技先后与中国南车、福特汽车、中科院、清华大学、富士康、比克电池等数千家企业和科研单位达成合作。

五个售后服务站辐射全国客户,是解除客户对设备故障担忧的基石。海银实验装备经过多年来对售后服务网点的不断完善,先后在江苏、福建、上海、北京、陕西五省市设立了设备销售服务保障站,确立报修后,48小时故障现场维修制,解除客户后顾之忧。 海银实验装备以市场信誉承诺:为客户提供质量过硬,操作安全的环境测试设备,严格依据协议合同技期交货,并在设备交付客户之后提供专业、周到的售后服务。



今日分享海银高低温试验箱安全操作规范

链接:www.china-nengyuan.com/news/204586.html

原文地址: http://www.china-nengyuan.com/news/204586.html